

„Špecifikácia predmetu zákazky“
(Rast konkurencieschopnosti spoločnosti Gondor, s.r.o.
obstaraním inovatívnej technológie)

Požadovaná minimálna technická požiadavka:	Špecifikácia technickej požiadavky podľa ponuky uchádzača:
Biorezonančný prístroj	
Rozsah frekvencií: rozsah minimálne 1Hz – 120 000Hz	1Hz-152 kHz
Nastavenie zosilnenie frekvencie: min. rozsah: zosilnenie 0,1 až 50 násobok	0,1-64 násobek
Možnosť programovania: programovanie pôsobenia frekvenčného rozsahu (úprava rozsahu frekvencie: celý rozsah, jedna frekvencia, vlastný nastaviteľný frekvenčný priepust, programovanie spôsobu pôsobenia frekvencie (priama, obrátená frekvencia, harmonická, disharmonická, kombinácia týchto), možnosť programovania priebehu zosilnenia frekvencie (konštantná, stúpajúca, klesajúca, stúpajúca a klesajúca, symetrická, stupňovitá, recipročný)	Ano
Možnosť programovania vlastných sekvencií pôsobenia	Ano
Možnosť nahrávania frekvencie do viacerých typov média (voda, alkohol, homeopatický cukor, kov, magnet, čip...)	Ano
Možnosť nahrávania do viacerých médií naraz	Ano
Možnosť potenciácie homeopatických preparátov v potenciách: (D3, D5, D6, D8, D10, D12, D15, D30, D60, D100, D200, D400, D1000) za použitia priamej, obrátenej alebo harmonickej a disharmonickej úpravy frekvencie	Ano
Testovací modul účinnosti s využitím elektroakupunktúry podľa Volla	Ano
možnosť pôsobenia na preparát pomocou magnetického poľa	Ano
prístroj registrovaný na ŠÚKL	Ano
Plne funkčný biorezonančný prístroj vrátane káblov na prepojenie snímacích a nahrávacích elektród, vrátane modulačných, snímacích elektród, vstupných a výstupných elektród, magnetickej sondy, elektródy pre viacero vzoriek naraz, možnosti nahrávania čipov, vrátane biotenzora	Ano

Obslužný softvér pre biorezonančný prístroj	
Ovládanie biorezonančného prístroja pomocou PC	Ano
Databáza homeopatických prípravkov	Ano
Databáza prípravkov - bylinné preparáty (TČM, ...)	Ano
Databáza prípravkov – alergény, pele, potraviny	Ano
Databáza prípravkov – vitamíny, stopové prvky	Ano
Snímač substancií / digitalizér substancií	Ano
Možnosť vytvárania vlastných programov	Ano
Snímač substancií / digitalizér substancií	
Kompatibilita s biorezonančným prístrojom	Ano
Prevod vzorky do digitálnej formy a možnosť trvalého uloženia do databázy pre budúce využitie pri príprave homeopatického preparátu pomocou biorezonančného prístroja	Ano
Možnosť digitalizácie rôznych typov vzoriek: napr. krvná vzorka, sliny, sekréty/exkréty, prach, pele z ovzdušia, homeopatický liek, alopatický liek, bylinný preparát, atď.)	Ano

.....

.....